РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **008/1-251**

Государственный эталон единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности и значений максимумов полос поглощения			**3.1.ZZC.0122.2013**
Наименование	Зав. №	Инв. №	№ в Госреестре
Комплект светофильтров КНС-10.5	**7**	3118	**43463-09**

Назначение: Хранение и передача единиц СКНП Место хранения: к.205 шкаф 4

Технические характеристики.

№ п/п	Наименование метрологической характеристики	Значение характеристики
1	Диапазон воспроизведения единицы длины волн максимумов полос поглощения, нм	от 260 до 2700
2	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения единицы длины волн максимумов полос поглощения, нм	от ±0,05 до ±0,5
3	Диапазон воспроизведения единицы спектрального коэффициента направленного пропускания, абс.ед.	от 0,005 до 0,92
4	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения единицы спектрального коэффициента направленного пропускания, абс.ед	от ±0,0025 до ±0,005
5	Диапазон воспроизведения единицы оптической плотности, Б	от 0,03 до 2,7
6	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения единицы оптической плотности, Б	от ±0,002 до ±0,2

Результаты первичной поверки от 19 декабря 2012 г. приведены в протоколе поверки № 1662.

Периодичность аттестации: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке) в процессе периодической аттестации

Комплект светофильтров КНС-10.5 пригоден для использования в качестве эталона при хранении передаче и воспроизведении единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности и значений максимумов полос поглощения.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
РЭ-1662/12-О	19/12/12	первичная
885	28/02/2014	